



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE AL  
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD 2/13 CONVOCADO PARA  
EL SUMINISTRO DE UNA ULTRACENTRÍFUGA Y UNA CENTRÍFUGA DE ALTA  
VELOCIDAD**

El objeto de este procedimiento es la adquisición de una Ultracentrífuga y de una Centrífuga de alta velocidad.

Para la adjudicación de este procedimiento el equipamiento se ha dividido en dos lotes, por lo que se podrá licitar a uno o a ambos:

Lote 1: Ultracentrífuga

Lote 2: Centrífuga de alta velocidad.

**LOTE 1: ULTRACENTRÍFUGA**

**Características técnicas básicas**

- Rango de Temperatura 0- 40°C
- Nivel de ruido <50 dBA
- El equipo debe incluir un rotor de ángulo fijo con capacidad de 10 x 2 ml
- Velocidad del rotor 140.000 rpm y FCR máxima: 1.048.684xg
- Sistema de seguridad

**LOTE 2: CENTRÍFUGA DE ALTA VELOCIDAD**

**Características técnicas básicas**

- Velocidad de al menos 50.000 x g
- Rango de Temperatura -20°C- 40°C
- El equipo debe incluir un rotor con capacidad para tubos con volumen de 30-50 ml
- Sistema de seguridad Biológica

CONFORME:  
EL ADJUDICATARIO  
FECHA Y FIRMA

POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
DE LA FUNDACIÓN,  
FECHA Y FIRMA: